

آزمایشگاه کولایف تهران

ارزیابی خارجی کیفیت

۱.۵۸۰	آزمایشگاه / کد	بیوشیمی ادرار	بخش	۱۴۰۰/۱۰/۰۴	تاریخ
پیشگامان	شرکت ارزیابی کننده	۱۴۰۰۱۲۲۰	شماره نمونه	۲	دوره

No.	Participant	Test	Kit	Instrument	Lab Result	Group Mean	Group CV%	CCV%	Group SD	SD adjust	Bias%	SDI	تفسیر
1		Ur.Pro-PA	Pars Azmoon	mindray BS-800M	530	517.84	16.05	10	83.113	51.784	2.348	0.235	عالی