

آزمایشگاه کولایف تهران

ارزیابی خارجی کیفیت

۱.۵۸۰	آزمایشگاه / کد	هورمون شناسی	بخش	۱۴۰۰/۱۰/۰۴	تاریخ
پیشگامان	شرکت ارزیابی کننده	۱۴۰۰۱۲۱۱	شماره نمونه	۲	دوره

No.	Participant	Test	Kit	Instrument	Lab Result	Group Mean	Group CV%	CCV%	Group SD	SD adjust	Bias%	SDI	تفسیر
1		T4	Abbote	Architect	7.40	7.34	5.57	15	0.409	1.101	0.817	0.054	عالی
2		TSH	Roch	Cobas Immunoanalyzer	1.31	1.28	7.11	15	0.091	0.192	2.344	0.156	عالی
3		PSA	Abbote	Architect	9.98	9.48	7.29	10	0.691	0.948	5.274	0.527	عالی
4		Ferritin	Abbote	Architect	29.90	30.06	11.16	15	3.355	4.509	0.532	0.035	عالی