

آزمایشگاه کولایف تهران

ارزیابی خارجی کیفیت

۱.۵۸۰	آزمایشگاه / کد	هماتولوژی	بخش	۱۴۰۰/۱۰/۰۴	تاریخ
پیشگامان	شرکت ارزیابی کننده	۱۴۰۰۱۲۳۱	شماره نمونه	۲	دوره

No.	Participant	Test	Kit	Instrument	Lab Result	Group Mean	Group CV%	CCV%	Group SD	SD adjust	Bias%	SDI	تفسیر
1		Hb A1C	Trinity bioTech	Hb A1C Analyzer	8.6	8.39	2.18	10	0.183	0.839	2.503	0.250	عالی