

آزمایشگاه کولایف تهران

ارزیابی خارجی کیفیت

۱.۵۸۰	آزمایشگاه / کد	هماتولوژی	بخش	۱۴۰۰/۱۰/۰۴	تاریخ
پیشگامان	شرکت ارزیابی کننده	۱۴۰۰۲۲۳۰	شماره نمونه	۲	دوره

No.	Participant	Test	Kit	Instrument	Lab Result	Group Mean	Group CV%	CCV%	Group SD	SD adjust	Bias%	SDI	تفسیر
1		PT	hyphen	Coagulation Analyzer	1.09	1.04	4.68	9	0.049	0.094	4.808	0.532	عالی
2		PTT	hyphen	Coagulation Analyzer	36.5	35.07	4.68	9	1.641	3.156	4.078	0.453	عالی