آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک فرجاد

Control Serum - Levey Jennings Chart

Normal	
Mean	10.73
SD	0.25
CV	2.29
Day-Run	Value
23 - 1	10.98
24 - 1	10.91
26 - 1	11.1
27 - 1	10.91
30 - 1	10.62
31 - 1	11.11
1 - 1	10.66
2 - 1	10.76
3 - 1	10.42
5 - 1	10.76
6 - 1	10.42
7 - 1	10.85
8 - 1	10.18
9 - 1	10.78
10 - 1	10.69
13 - 1	10.63
14 - 1	10.61

High - CV : 3.19	
Mean	23.02
SD	0.73
CV	3.19
Day-Run	Value
23 - 1	23.15
24 - 1	23.59
26 - 1	23.47
27 - 1	23.59
29 - 1	23.5
30 - 1	22.29
31 - 1	23.6
1 - 1	22.74
2 - 1	23.75
3 - 1	22.74
5 - 1	22.56
7 - 1	23.75
8 - 1	21.11
9 - 1	22.39
10 - 1	23.76
13 - 1	23.04
14 - 1	22.24

WHO	تفسیر	cortisol	آزمایش	Cobas Immunoanalyzer	دستگاه	4	ماه	1400	سال

Normal Contro	UNIVERSAL	Mean	10.7	SD	1.35	Exp. Date	1401/1/21	Lot. No	385190