



دوره اول سال ۱۴۰۲ نمونه: ۱۴۰۲۲۱۱۰

آزمایشگاه: فرجاد (کولایف) ۱.۵۸۰



گزارش ارزیابی خارجی کیفیت خون کنترل

#	Test	Your Result	Target	CV	SDI	%Dev	جزئیات
۱	WBC	۶.۰۸	۵.۹۴	۶.۵۳	۰.۲۹	۲.۳۱%	جزئیات
۲	RBC	۴.۴۳	۴.۴۱	۳.۴۵	۰.۱۶	۰.۴۸%	جزئیات
۳	Hb	۱۴۳	۱۳۱.۶۹	۳.۶۶	۲.۸۶	۸.۵۹%	جزئیات
۴	Hct	۳۶	۳۷.۸۰	۴.۰۵	-۱.۱۹	۴.۷۷%	جزئیات
۵	MCV	۸۱.۲	۸۵.۱۴	۳.۶۳	-۱.۱۶	۴.۶۳%	جزئیات
۶	MCH	۳۲.۳	۳۰.۰۳	۴.۳	۲.۵۲	۷.۵۵%	جزئیات
۷	MCHC	۳۹۷	۳۵۱.۶۹	۵.۳۷	۳.۲۲	۱۲.۸۸%	جزئیات
۸	Plts	۲۰۲	۲۱۳.۷۶	۷.۱۶	-۰.۵۵	۵.۵%	جزئیات

SDI ≤ ۰.۹۹	۱ ≤ SDI ≤ ۱.۹۹	۲ ≤ SDI ≤ ۲.۹۹	SDI ≥ ۳
حوب	قابل قبول	هشدار	غیرقابل قبول