



گزارش ارزیابی خارجی کیفیت غربالگری سندروم داون سه ماه دوم

دوره دوم سال ۱۴۰۲ نمونه: ۱۴۰۲۱۲۵۰

آزمایشگاه: فرجاد (کولایف) ۱.۵۸۰



#	Test	Your Result	Target	CV	SDI	%Dev	
۱	AFP	۵۹.۳۸	۵۱.۶۰	۹.۵۴	۱.۰۰	۱۵.۰۷%	جزئیات
۲	β hCG	۱۴.۰۳۷۰	۱۳.۴۹	۹.۳۲	۰.۴۰	۴.۰۳%	جزئیات
۳	Total hCG	۱۴.۰۳۷۰	۱۳.۲۳	۱۳.۲۶	۰.۶۱	۶.۰۸%	جزئیات
۴	Unconjugated Estriol(uE ₃)	۳.۴۵	۳.۵۳	۱۰.۱۲	-۰.۱۵	۲.۲۱%	جزئیات
۵	Inhibin A	۳۹۰.۰	۲۵۲.۵۰	۱۵.۱۴	۳.۶۳	۵۴.۴۵%	جزئیات

SDI \leq ۰.۹۹	۱ \leq SDI \leq ۱.۹۹	۲ \leq SDI \leq ۲.۹۹	SDI \geq ۳
حوب	قابل قبول	هشدار	غیر قابل قبول