



گزارش ارزیابی خارجی کیفیت خون کنترل

دوره دوم سال ۱۴۰۲ نمونه: ۱۴۰۲۲۲۱۰

آزمایشگاه: فرجاد (کولایف) ۱.۵۸۰



#	Test	Your Result	Target	CV	SDI	%Dev	جزئیات
۱	WBC	۱۰.۳۱	۱۱.۱۲	۵.۸	-۰.۹۱	۷.۲۴%	جزئیات
۲	RBC	۳.۷۹	۳.۸۰	۴.۹۱	-۰.۰۸	۰.۲۴%	جزئیات
۳	Hb	۱۲۵	۱۲۴.۷۲	۲.۶۱	۰.۰۸	۰.۲۳%	جزئیات
۴	Hct	۳۲.۴	۳۳.۹۸	۶.۴۶	-۱.۱۶	۴.۶۵%	جزئیات
۵	MCV	۸۵.۶	۸۸.۲۹	۳.۸۵	-۰.۷۶	۳.۰۵%	جزئیات
۶	MCH	۳۳.۲	۳۲.۹۸	۴.۷۷	۰.۲۳	۰.۶۸%	جزئیات
۷	MCHC	۳۴۳	۳۷۰.۳۰	۶.۳۴	-۱.۸۴	۷.۳۷%	جزئیات
۸	Plts	۳۴۹	۳۵۱.۸۶	۹.۲۱	-۰.۰۸	۰.۸۱%	جزئیات

SDI ≤ ۰.۹۹	۱ ≤ SDI ≤ ۱.۹۹	۲ ≤ SDI ≤ ۲.۹۹	SDI ≥ ۳
حوب	قابل قبول	هشدار	غیرقابل قبول