



## گزارش ارزیابی خارجی کیفیت مارکهای قلبی



دوره دوم سال ۱۴۰۲ نمونه: ۱۴۰۲۱۴۴۱

آزمایشگاه: فرجاد (کولایف) ۱.۵۸۰

#	Test	Your Result	Target	CV	SDI	%Dev	
۱	Troponin I	۰.۱۱۹۸	۰.۱۱	۱۴.۳۲	۰.۶۲	۶.۰۲%	<a href="#">جزئیات</a>
۲	CK MB Activity	۶.۰	۷.۹۷	۳۳.۲۱	-۲.۴۷	۲۴.۶۸%	<a href="#">جزئیات</a>
۳	CK	۸۹.۰	۸۸.۵۳	۶.۳۸	۰.۰۴	۰.۵۳%	<a href="#">جزئیات</a>

$SDI \leq 0.99$	$1 \leq SDI \leq 1.99$	$2 \leq SDI \leq 2.99$	$SDI \geq 3$
حوب	قابل قبول	هشدار	غیرقابل قبول