



گزارش ارزیابی خارجی کیفیت پلاسما کنترل لئوفیلز



دوره دوم سال ۱۴۰۲ نمونه: ۱۴۰۲۲۲۳۰

آزمایشگاه: فرجاد (کولایف) ۱.۵۸۰

#	Test	Your Result	Target	CV	SDI	%Dev	
۱	PT	۱.۱۸	۱.۱۶	۱۴.۰۴	۰.۲۱	۱.۹%	جزئیات
۲	PTT	۵۴.۵	۴۶.۹۶	۹.۱۵	۱.۷۸	۱۶.۰۶%	جزئیات

$SDI \leq 0.99$	$1 \leq SDI \leq 1.99$	$2 \leq SDI \leq 2.99$	$SDI \geq 3$
حوب	قابل قبول	هشدار	غیرقابل قبول