



## گزارش ارزیابی خارجی کیفیت Wright



دوره دوم سال ۱۴۰۲ نمونه: ۱۴۰۲۳۲۱۰

آزمایشگاه: فرجاد (کولایف) ۱.۵۸۰

نتیجه مورد انتظار	سازنده کیت	نتیجه	آزمایش	ردیف
۱/۳۲۰ - ۱/۱۲۸۰	پاستور	۱/۱۶۰	۲ME	۴
Positive	پاستور	Positive	رایت روش سریع (اسلایدی)	۱
۱/۳۲۰ - ۱/۱۲۸۰	پاستور	۱/۶۴۰	رایت لوله ای	۲
۱/۶۴۰ - ۱/۲۵۶۰	پاستور	۱/۱۲۸۰	کومبس رایت	۳

■ 2ME 
 ■ رایت لوله ای 
 ■ کومبس رایت

