

برگشت (/IACLD/Panel/Labs/Answers/36743)

چاپ

دوره چهل و پنجم تابستان 1402

## C1 Results

## نمونه مجهول پلاسمای انعقادی

کد نمونه 1784	EQAP-19374	آزمایشگاه کولایف
---------------	------------	------------------

عملکرد عالی (رنگ آبی)	DI	< 0.5
عملکرد مطلوب (رنگ سبز)	DI	0.5 - 1.0
نتیجه قابل قبول اما در حدود مرز (رنگ زرد)	DI	1.0 - 2.0
نیاز به بررسی روش و کنترل کالیبراسیون (رنگ نارنجی)	DI	2.0 - 3.0
وجود نقص و نیاز به پیگیری فوری (رنگ قرمز)	DI	> 3.0
نتیجه گزارش شده خارج از محدوده است (Out Of Range)	DI	> 10.0

برای مشاهده آنالیز آماری تمامی همگروه ها، در جدول زیر بر روی نام آنالیت مورد نظر کلیک کنید.

Analyte	Unit	Lab Result (S)	PeerGroup Count	PeerGroup Mean	PeerGroup %CV	Lab DI
<b>PT-INR</b> (/IACLD/Panel/Analysis/Report/36743/547/172814)	-	1.35	338	1.24	12.15	<b>0.56</b>
<b>PTT</b> (/IACLD/Panel/Analysis/Report/36743/547/172829)	Sec.	51.00	34	51.47	14.74	<b>0.06</b>

Copyright © 2024 IACLD. All rights reserved.