

برگشت (/IACLD/Panel/Labs/Answers/36743)

چاپ

دوره چهل و پنجم تابستان 1402

## NAT.2 Results

## نمونه مجهول ارزیابی مولکولی PCR برای تشخیص باسیل میکوباکتریوم توبرکلوزیس TB

کد نمونه 1025	EQAP-19374	آزمایشگاه کولایف
---------------	------------	------------------

نتیجه شما	عملکرد عالی (بدون اشتباه)	Excellent
	عملکرد مطلوب	Good
	عملکرد ضعیف (مردود)	Poor

شماره نمونه	نتایج آزمایشگاه			نتایج مورد انتظار		
	نتیجه کیفی	نتیجه نیمه کمی	مقاومت دارویی	نتیجه کیفی	نتیجه نیمه کمی	مقاومت دارویی
			Rif - Iso - Eth			Rif - Iso - Eth
			--			
1025	Positive		--	Positive	Low	S-S-
2025	Negative		--	Negative	---	--
3025	Negative		--	Negative	---	--
4025	Positive		--	Positive	Low	S-S-
5025	Positive		--	Positive	Low	R-R-

مشخصات روش انجام آزمایش						
Extraction	شیوه استخراج	کیت استخراج	شرکت سازنده	Lot.No.	دستگاه استخراج	شرکت سازنده
		کیت تجاری	FAVOR Prap	FAVOR GENE	cc516122915	
Amplification	شیوه تکثیر		نام کیت	کشور سازنده	نام دستگاه ترموسایکر	
	کیت تجاری		dia - chen		ABI-STEPONE	
Detection	شیوه شناسایی محصول					
	با استفاده از مواد فلورسانس / پروب					

**Copyright © 2024** IACLD. All rights reserved.