

برگشت (/IACLD/Panel/Labs/Answers/36745)

چاپ

دوره چهل و هفتم زمستان 1402

## NAT.2 Results

## نمونه مجهول ارزیابی مولکولی PCR برای تشخیص باسیل میکوباکتریوم توبرکلوزیس TB

کد نمونه 1011	EQAP-19374	آزمایشگاه کولایف
---------------	------------	------------------

نتیجه شما	عملکرد عالی (بدون اشتباه)	Excellent
	عملکرد مطلوب	Good
	عملکرد ضعیف (مردود)	Poor

شماره نمونه	نتایج آزمایشگاه			نتایج مورد انتظار		
	نتیجه کیفی	نتیجه نیمه کمی	مقاومت دارویی	نتیجه کیفی	نتیجه نیمه کمی	مقاومت دارویی
			Rif - Iso - Eth			Rif - Iso - Eth
			--			
1011	Negative		--	Negative	---	--
2011	Positive		--	Positive	Low	R-S-
3011	Positive		--	Positive	Low	R-R-
4011	Positive		--	Positive	Low	R-R-
5011	Negative		--	Negative	---	--

مشخصات روش انجام آزمایش						
Extraction	شیوه استخراج	کیت استخراج	شرکت سازنده	Lot.No.	دستگاه استخراج	شرکت سازنده
		کیت تجاری	ویراژن	ویراژن	T0d020911	
Amplification	شیوه تکثیر		نام کیت	کشور سازنده	نام دستگاه ترموسایکر	
	کیت تجاری		diachem		abistepone	
Detection	شیوه شناسایی محصول					
	-					

**Copyright © 2024** IAELD. All rights reserved.