

برگشت (/IACLD/Panel/Labs/Answers/36745)

چاپ

دوره چهل و هفتم زمستان 1402

## H1 Results

## شمارش رتیکولوسیت ها

کد نمونه 1794	EQAP-19374	آزمایشگاه کولایف
---------------	------------	------------------

شرح مختصر بیمار: لام (1)

نوزاد یک روزه فول ترم با بیلی روبین بالا و زردی پوست و چشم مراجعه کرده است. پزشک درخواست تست CBC داده که دارای اندکسهای به قرار زیر بود، پزشک در نوبت دوم از ارزیابی بیمار درخواست تست رتیک و RPI نمود که گستره لام مذکور تهیه و در سامانه **سیستم میکروسکوپ مجازی CaseViewerPro** جهت بررسی و گزارش، قابل مشاهده میباشد:

WBC:16800/ul

RBC:4.6×10<sup>6</sup>/ul

HB: 16.4g/dl

HCT:48.2%

عملکرد عالی (رنگ آبی)	DI	< 0.5
عملکرد مطلوب (رنگ سبز)	DI	0.5 - 1.0
نتیجه قابل قبول اما در حدود مرز (رنگ زرد)	DI	1.0 - 2.0
نیاز به بررسی روش و کنترل کالیبراسیون (رنگ نارنجی)	DI	2.0 - 3.0
وجودنقص و نیاز به پیگیری فوری (رنگ قرمز)	DI	> 3.0
نتیجه گزارش شده خارج از محدوده است (Out Of Range)	DI	> 10.0

برای مشاهده آنالیز آماری تمامی همگروه ها، در جدول زیر بر روی نام آنالیت مورد نظر کلیک کنید.

Parameter	Correct	Lab.Result	DI	Total Labs	No Answers	Init. Count	Init. Mean	Init. SD	Weight. Count	Weight. Mean	Weight. SD	%CV	Seen	Not Seen
HBody	not seen												120	893
HeinzBody	not seen												194	830
Retic	6	6.70	0.22	1458	6	1452	7.44	4.90	1378	6.93	1.65	23.83		
RPI	4	4.38	0.98	1458	160	1298	5.85	12.84	1205	5.13	1.59	31.05		

توجه. رنگ گروه شما

