

برگشت (/IACLD/Panel/Labs/Answers/36745)

چاپ

دوره چهل و هفتم زمستان 1402

FS Results

نمونه سرم مجهول غربالگری جنین

کد نمونه 1110	EQAP-19374	آزمایشگاه کولایف
---------------	------------	------------------

عملکرد عالی (رنگ آبی)	DI	< 0.5
عملکرد مطلوب (رنگ سبز)	DI	0.5 - 1.0
نتیجه قابل قبول اما در حدود مرز (رنگ زرد)	DI	1.0 - 2.0
نیاز به بررسی روش و کنترل کالیبراسیون (رنگ نارنجی)	DI	2.0 - 3.0
وجودنقص و نیاز به پیگیری فوری (رنگ قرمز)	DI	> 3.0
نتیجه گزارش شده خارج از محدوده است (Out Of Range)	DI	> 10.0

برای مشاهده آنالیز آماری تمامی همگروه ها، در جدول زیر بر روی نام آنالیت مورد نظر کلیک کنید.

Analyte	Unit	Lab Result	PeerGroup Count	PeerGroup Mean	PeerGroup %CV	Lab DI
AFP (/IACLD/Panel/Analysis/Report/36745/599/182656)	ng/mL	27.40	14	26.71	6.65	0.22
Free βhCG (/IACLD/Panel/Analysis/Report/36745/599/182685)	ng/mL	28.71	121	29.73	10.09	0.23
hCG (/IACLD/Panel/Analysis/Report/36745/599/182695)	IU/L	102057.60	2	106058.60	5.34	0.25
Inhibib A (/IACLD/Panel/Analysis/Report/36745/599/182720)	pg/mL	377.50	55	358.43	11.72	0.35
PAPP-A (/IACLD/Panel/Analysis/Report/36745/599/182731)	mIU/mL	6.12	107	7.25	15.48	1.04
Unconjugated E3 (/IACLD/Panel/Analysis/Report/36745/599/182742)	ng/mL	0.70	58	1.41	20.15	2.52

Copyright © 2024 IACLD. All rights reserved.