

برگشت (/IACLD/Panel/Labs/Answers/36745)

چاپ

دوره چهل و هفتم زمستان 1402

C1 Results

نمونه مجهول پلاسمای انعقادی

کد نمونه 1829	EQAP-19374	آزمایشگاه کولایف
---------------	------------	------------------

عملکرد عالی (رنگ آبی)	DI	< 0.5
عملکرد مطلوب (رنگ سبز)	DI	0.5 - 1.0
نتیجه قابل قبول اما در حدود مرز (رنگ زرد)	DI	1.0 - 2.0
نیاز به بررسی روش و کنترل کالیبراسیون (رنگ نارنجی)	DI	2.0 - 3.0
وجودنقص و نیاز به پیگیری فوری (رنگ قرمز)	DI	> 3.0
نتیجه گزارش شده خارج از محدوده است (Out Of Range)	DI	> 10.0

برای مشاهده آنالیز آماری تمامی همگروه ها، در جدول زیر بر روی نام آنالیت مورد نظر کلیک کنید.

Analyte	Unit	Lab Result (S)	PeerGroup Count	PeerGroup Mean	PeerGroup %CV	Lab DI
PT-INR (/IACLD/Panel/Analysis/Report/36745/604/182931)	-	1.56	254	1.44	11.30	0.53
PTT (/IACLD/Panel/Analysis/Report/36745/604/182947)	Sec.	45.20	26	43.15	8.03	0.32

Copyright © 2024 IACLD. All rights reserved.