

برگشت (/IACLD/Panel/Labs/Answers/42790)


چاپ

دوره چهل و هشتم تابستان 1403

## U1 Results

## نمونه مجهول ادرار

کد نمونه 2456	EQAP-19374	آزمایشگاه کولایف
---------------	------------	------------------




Ph

331	تعداد اعضای اولیه گروه
326	تعداد اعضا (وزن دار)
5.66	میانگین گروه
0.55	انحراف معیار گروه
5.63	میانگین وزندار
0.46	انحراف معیار وزندار
6.00	نتیجه شما
0.66	DI




**Specific Gravity**

329	تعداد اعضای اولیه گروه
269	تعداد اعضا (وزن دار)
1.0169	میانگین گروه
0.0065	انحراف معیار گروه
1.0167	میانگین وزندار
0.0054	انحراف معیار وزندار
1.0230	نتیجه شما
3.0915	DI




**Urine Protein**

318	.Neg
7	Trace
3	+1
2	+2
.Neg	نتیجه شما



**Urine Glucose**


3	.Neg
4	Trace
32	+1
97	+2
159	+3
37	+4
+3	نتیجه شما



**Urine Hemoglobin**


51	.Neg
19	Trace
74	+1
127	+2
59	+3
1	+4

.Neg	نتیجه شما
------	-----------



Urine Ketone

324	.Neg
3	Trace
1	+1
3	+3
.Neg	نتیجه شما



Urine Nitrite

8	.Neg
325	.Pos
.Pos	نتیجه شما

**Copyright © 2024 IACLD.** All rights reserved.