



## گزارش ارزیابی خارجی کیفیت پروتئین ادرار

دوره اول سال ۱۴۰۳ نمونه: ۱۴۰۳B۱۲۰

آزمایشگاه: فرجاد (کولایف) ۱.۵۸۰



#	Test	Your Result	Target	CV	SDI	%Dev	
۱	Urine Protein	۳۹۰	۴۰۸.۶۳	۱۳.۰۸	-۰.۴۶	۴.۵۶%	<a href="#">جزئیات</a>

$SDI \leq 0.99$	$1 \leq SDI \leq 1.99$	$2 \leq SDI \leq 2.99$	$SDI \geq 3$
حوب	قابل قبول	هشدار	غیرقابل قبول