

نتیجه مورد انتظار	سازنده کیت	روش	Sample/cutoff	نتیجه نهایی	پارامتر
Positive	Siemens	CL	۱۴۴	Positive	HBs Ag
Negative	Others	ELISA	۰.۲۵	Negative	HCV Ab
Positive	Siemens	CL	۹.۳	Positive	HIV Ab

توزیع فراوانی نتایج گزارش شده توسط آزمایشگاهها بر حسب روش مورد استفاده

Others	ELISA	ELFA	ECL	CL	Result	Test
۱	۳۸	۴	۲	۳	Negative	HBs Ag
۹	۱۱۷۱	۶۱	۱۶۱	۱۵۹	Positive	
۱	۴	۱			Suspicious	
۷	۱۲۴۷	۵۰	۱۵۶	۹۵	Negative	HCV Ab
۳	۸		۲	۲	Positive	
	۹	۱	۲		Negative	HIV Ab
۱۴	۱۲۱۸	۹۳	۱۵۰	۱۱۰	Positive	