



## گزارش ارزیابی خارجی کیفیت خون کنترل

دوره اول سال ۱۴۰۳ نمونه: ۱۴۰۳H110

آزمایشگاه: فرجاد (کولایف) ۱.۵۸۰



#	Test	Your Result	Target	CV	SDI	%Dev	جزئیات
۱	WBC	۵.۵	۵.۴۵	۴.۷۵	۰.۱۱	۰.۹۲%	<a href="#">جزئیات</a>
۲	RBC	۴.۴	۴.۴۹	۱.۹۴	-۰.۶۶	۱.۹۸%	<a href="#">جزئیات</a>
۳	Hb	۱۳۲	۱۲۸.۶۶	۲.۵۵	۰.۸۷	۲.۶%	<a href="#">جزئیات</a>
۴	Hct	۳۸	۳۸.۳۲	۳.۱۸	-۰.۲۱	۰.۸۲%	<a href="#">جزئیات</a>
۵	MCV	۸۶.۱	۸۵.۴۴	۳.۲۱	۰.۱۹	۰.۷۷%	<a href="#">جزئیات</a>
۶	MCH	۲۹	۲۸.۵۸	۳.۳۹	۰.۴۹	۱.۴۶%	<a href="#">جزئیات</a>
۷	MCHC	۳۴۰	۳۳۴.۹۸	۳.۲۶	۰.۳۸	۱.۵%	<a href="#">جزئیات</a>
۸	Plts	۱۸۲	۱۸۲.۴۴	۶.۸۸	-۰.۰۲	۰.۲۴%	<a href="#">جزئیات</a>

$SDI \leq 0.99$	$1 \leq SDI \leq 1.99$	$2 \leq SDI \leq 2.99$	$SDI \geq 3$
حوب	قابل قبول	هشدار	غیر قابل قبول