



## گزارش ارزیابی خارجی کیفیت پروتئین ادرار



دوره سوم سال ۱۴۰۱ نمونه: ۱۴۰۱۱۳۲۰

آزمایشگاه: فرجاد (کولایف) ۱.۵۸۰

#	Test	Your Result	Target	CV	SDI	%Dev	
۱	Urine Protein	۵۲۷	۶۱۵.۳۴	۹.۱۷	-۱.۴۴	۱۴.۳۶%	<a href="#">جزئیات</a>

$SDI \leq 0.99$	$1 \leq SDI \leq 1.99$	$2 \leq SDI \leq 2.99$	$SDI \geq 3$
حوب	قابل قبول	هشدار	غیرقابل قبول